

Uw kenmerk:  
Ons kenmerk:  
Afdeling:  
Doorkiesnummer:  
E-Mail:

Utrecht, datum

### **Betreft: Voorlopig programma van eisen voorziening**

Aan dhr./ mevr.

Deze informatie ontvangt u ter aanvulling en ter ondersteuning van uw aanvraag bij de gemeente.

#### **U heeft aangevraagd bij de gemeente:**

Handbewogen rolstoel

#### **U vraagt deze voorziening aan omdat u de volgende beperkingen ervaart:**

A.L.S.

#### **Voorlopig programma van eisen:**

- Vouwframe. De rolstoel moet gemakkelijk ingeklapt kunnen worden.
- Lichtgewicht in verband met beter rijndement en zodat de rolstoel gemakkelijker in de auto getild kan worden.
- Achteras instelbaar zodat deze zodanig afgesteld kan worden dat de rolstoel niet te snel kiept.
- Zitbreedte: tijdens passing te bepalen.
- Zitdiepte: tijdens passing te bepalen
- Zithoogte; Tijdens passing de juiste zithoogte bepalen. voorwaarde is dat mw. goed kan opstaan uit de rolstoel. Beensteunen; standaard, naar achteren weg zwenkbaar en uitneembaar
- Voetplaten: opklapbaar
- Rugleuning: Voorzien van een spanbanden rug en polstering om voldoende steun in de rug te kunnen krijgen. Met name lumbale ondersteuning is van belang!
- Rugleuning: hoogte tijdens passing te bepalen.
- Duw-trekremmen; Remmen moeten licht versteld zijn in verband met verminderde handfunctie.
- Zitkussen
- Zitting horizontaal

- Grootte voorwiel: tijdens passing te bepalen
- Materiaal voorwiel: massief

### **Te verwachten eisen in de toekomst.**

- Hoofdsteun: dhr/mevr. heeft nu nog geen hoofdsteun nodig, maar wel in de toekomst. Dus nu wel alvast meenemen bij deze passing. Het moet mogelijk zijn om een hoofdsteun op de rugleuning te kunnen plaatsen.
- Naspanbare zitting
- Zitkussen: preventief AD kussen, minimale dikte 5/6 cm.
- Duw-trekremmen; Voorzien van remverlengers. Remmen moeten licht versteld zijn in verband met verminderde handfunctie.
- Duwhandvatten: in hoogte verstelbaar
- Armleuningen: in hoogte verstelbaar; lange en brede, zacht gepolsterde armleuningen
- Hoepels: rubber gecoat.

### **Voorstel tot passing met de volgende voorziening en motivatie**

Een passing in aanwezigheid van de ergotherapeut behoeft sterk de voorkeur, omdat zij inhoudelijk goed op de hoogte is van het functioneren van u.

Wanneer de passing in De Hoogstraat revalidatie plaatsvindt, is het zeer wenselijk dat de technisch adviseur op de hoogte is van bovenstaand programma van eisen en contact opneemt met de behandelend ergotherapeut om de passing zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Voor het maken van een afspraak kan de leverancier contact opnemen met de afdeling planning, telefoonnummer bereikbaar op .

Ergotherapeut:  
Revalidatiearts:  
Aanvrager: